

# MR I 検査の説明と同意書

検査を安全に行うために以下を読み、質問にお答えください。

## 1. MR I 検査とはどんな検査？

MR I 装置は中心に体の入る穴のあいた大きな磁石とお考えください。この大きな穴の中に体を入れて、それからFMラジオに用いられる電波を体にあてて、体の中の様子を画像化する(写真にする)検査です。体のタテ・ヨコの輪切りの鮮明な断層写真が得られ、診断に大変役立つ検査です。磁力と電波での検査ですので、放射線被曝はありません。

## 2. MR I 検査の危険性について

- 体内及び体外の電子機器はMR I 検査によって破損や誤作動を起こすことがあります。
- 体内に金属がある場合、画像のゆがみにより十分な検査ができないことがあります。
- 入れ墨やアートメイクは火傷や変色の可能性があります。
- 妊娠初期(14週未満)の方は十分な安全が確認されていないため注意が必要です。

## 3. MR I 検査を安全に行うために、以下の質問にお答えください

1. 今までにMRI検査を受けたことがありますか 無 有
2. 取り外しのできない金属はありますか 無 有  
裏面の該当する箇所に○をつけてください。
3. 取り外しのできる金属類・化粧品等がありますか 無 有  
裏面の該当する箇所に○をつけてください。
4. 閉所恐怖症はありますか 無 有
5. 狭心症発作・てんかんなどの発作を起こしたことがありますか 無 有
6. 女性の方で現在妊娠・妊娠の可能性がありますか 無 有

本日、危険性を理解したうえでMRI検査を受けることに同意します。

受診日 年 月 日

本人署名 \_\_\_\_\_

問診者 \_\_\_\_\_

医師確認 \_\_\_\_\_

## 4. MR I 検査前・検査中のお願い

- 服用中のお薬は、通常通り服用してください。
- 検査時間は通常30分程度です。途中トイレに行けませんので排尿は済ませておいて下さい。
- MR I 装置の検査台に仰向けに寝ていただきます。体の力を抜いてリラックスして下さい。
- 検査中は終了するまで動かないようにして下さい。  
※万が一動きたくなった場合に備え、検査担当者へ伝えるブザーが設置してあります。
- MRI装置から大きな音がします

## 取り外しのできない金属 または 医師の指示がないと外せない金属



- ・心臓ペースメーカー及びリード
- ・冠動脈等用ステント
- ・除細動器
- ・刺激電極
- ・シャント



- ・インスリンポンプ
- ・持続グルコース測定器
- ・人工内耳
- ・補聴器・脳動脈瘤
- ・手術用クリップ



- ・義肢
- ・骨折治療用金属ボルト
- ・プレートロット
- ・チタン以外の人工骨・関節
- ・ハローベスト



- ・磁力装着義眼
- ・金属加工等の仕事に勤務した経験や事故などで体内(特に眼)に金属片・粉が入っている人



- ・インプラント
- ・差し歯
- ・本格矯正装置(マルチブラケットシステム)
- ・歯科用磁性インプラント



- ・刺青
- ・タトゥー
- ・アートメイク
- ・美容整形術で植え込まれた金糸等

## 取り外しのできる金属類・化粧品等

該当するものがある場合は、検査前に必ず外してください。



- ・カラコン・コンタクトレンズ
- ・アイシャドー



- ・つけまつげ
- ・マスカラ



- ・UVケア用品
- ・金属イオン類を含んだ化粧品
- ・ファンデーション



- ・ネイルアート
- ・ジェルネイル
- ・アクリルネイル
- ・つけ爪
- ・マニキュア



- ・アクセサリ
- ・指輪
- ・ピアス



- ・かつら
- ・ウィッグ
- ・ヘアエクステンション
- ・増毛スプレー



- ・ヘアピン
- ・バレッタ



- ・ホック・ファスナー等金属のついた衣類や下着



- ・ブラジャー



- ・筋力トレーニング等のウェイト(砂のう)



- ・めがね



- ・エレキバン
- ・カイロ
- ・各種貼付剤
- ・ニトロダーム
- ・テーピング



- ・かぎ



- ・時計
- ・金属小物
- ・ライター



- ・松葉杖(全木製以外)
- ・杖



- ・マスク(金属の入っている物)



- ・携帯電話
- ・スマートフォン
- ・タブレット



- ・ペン
- ・鉛筆



- ・財布
- ・紙幣クリップ
- ・小銭
- ・コイン
- ・メダル



- ・磁気カード(ICカード・銀行カード)



- ・安全ピン
- ・ゼムクリップ



- ・ポケットナイフ



- ・防寒下着(ヒートテック等)



- ・その他素材のわからないもの